

Số: /YCBG-BVYHCT

Lai Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện y học cổ truyền Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua máy phân tích huyết học với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Tên đơn vị : Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Tổ 11 - Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Thị Hằng

Chức vụ: Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính

Số điện thoại: 0867123566

Địa chỉ email: vuhangbvyhctlc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Vũ Thị Hằng, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu, đường Trần Hưng Đạo - Tổ 11 - Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu

- Hoặc qua email: vuhangbvyhctlc@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 11 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế

(mô tả cụ thể tại phụ lục 01 đính kèm)

Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu (*Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Tổ 11 - Phường Đoàn Kết - Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu*)

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II/2025

Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

Thanh toán sau khi bàn giao nghiệm thu và có đầy đủ các giấy tờ liên quan trong vòng 30 ngày làm việc.

3. Các thông tin khác:

- Thiết bị đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau.

- Đảm bảo thiết bị y tế có đầy đủ chứng từ chứng minh là thiết bị y tế được phép lưu hành tại Việt Nam.

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Trang TTĐT BV;
- Ban giám đốc BV;
- Lưu: VT, KH-TC-ĐD.

GIÁM ĐỐC

Tạ Xuân Đông

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KÈM YÊU CẦU BÁO GIÁ

Stt	Tên thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy phân tích huyết học	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. - Chất lượng mới 100%, năm sản xuất 2023 trở về sau. - Điện nguồn sử dụng: 100 - 240VAC/50Hz - Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: 32°C + Độ ẩm tối đa: 80% <p>Cấu hình máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính bao gồm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ + Bộ dây dẫn hóa chất: 01 bộ + Dây nguồn: 01 bộ - Hóa chất thử máy: 01 bộ + Giấy in nhiệt: 02 cuộn + Can chứa nước thải: 01 can + Đầu đọc barcode: 01 cái + Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản tiếng Anh và tiếng Việt : 01 bộ <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông số xét nghiệm ≥ 20 thông số (WBC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRAN#, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR). Biểu đồ ≥ 3 (WBC, RBC, PLT). Tốc độ: ≥ 60 mẫu /giờ 	01	Cái

		<p>Lưu trữ : $\geq 35,000$ kết quả với biểu đồ</p> <p>Chế độ chạy mẫu</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chạy chế độ toàn phần (WB) hút ≤ 14 μl máu + Chạy chế độ pha loãng (WB) hút ≤ 20 μl máu pha loãng, Nguyên lý đo: Đo theo phương pháp trở kháng và phương pháp so màu cho (HGB) <p>- Màn hình :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Màn hình màu LCD cảm ứng chạm + Kích thước ≥ 10.4 inch, Độ phân giải $\geq 800 \times 600$ - Loại mẫu : Máu toàn phần, máu pha loãng. Có cổng kết nối với hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS). <p>Đường kính khe đến</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đếm WB: ≥ 100 μm + Đếm RBC/ PLT: ≥ 70 μm <p>Số lượng buồng đếm ≥ 2 (RBC và WBC)</p> <p>Máy in nhiệt tích hợp sẵn trên máy, Màn hình có hiển thị dung lượng 3 loại hóa chất (Diluent, Lyse, Cleaner)</p> <p>Hiệu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tự động + Thủ công 		
--	--	--	--	--

